



ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 – ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 1

Total de Folhas: 1

RAZÃO SOCIAL/DESIGNAÇÃO DO LABORATÓRIO

Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro – CEG / Laboratório de Vazão, Pressão, Temperatura e Analisadores Portáteis

ACREDITAÇÃO Nº	TIPO DE INSTALAÇÃO	
CRL 509	INSTALAÇÃO PERMANENTE	
ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE	ENSAIOS MECÂNICOS	
MEDIDOR DE VOLUME DE GÁS DE PAREDES DEFORMÁVEIS (TIPO DIAFRAGMA)	Ensaio metrológico para medidores de volume de gás de paredes deformáveis (tipo diafragma). Faixa: Vazão Nominal de 0,016 m ³ /h a 16 m ³ /h.	PE.02960.BR-TR
	Inspeção visual	Portaria INMETRO nº 156 de 30 de março de 2022, Item 8.2. PE.02960.BR-TR
	Ensaio de exatidão	Portaria INMETRO nº 156 de 30 de março de 2022, Item 2.4.3 e 2.5.2. PE.02960.BR-TR
	Ensaio de perda de pressão	Portaria INMETRO nº 31 de 24 de março de 1997, Item 8.3. PE.02960.BR-TR
	Ensaio de estanqueidade	PE.02960.BR-TR

“Este Escopo cancela e substitui a revisão emitida anteriormente”

Em, 05/08/2022