ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 – ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016	Folha: 1	Total de Folhas: 1

RAZÃO SOCIAL/DESIGNAÇÃO DO LABORATÓRIO
Gascat Indústria e Comércio Ltda / Laboratório de Vazão

ACREDITAÇÃO N°	TIPO DE INSTALAÇÃO
CRL 1367	**INSTALAÇÃO PERMANENTE**

ÁREA DE ATIVIDADE / PRODUTO	CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO	NORMA E /OU PROCEDIMENTO
Programa de Metrologia Legal: supervisão metrológica.		Portaria Inmetro n°78, de 23 de março de 2022.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE	**ENSAIOS MECÂNICOS**	
MEDIDORES TIPO ROTATIVO E TIPO TURBINA UTILIZADOS NAS MEDIÇÕES DE GASES.	Exame visual de correspondência ao modelo aprovado. Ensaio de estanqueidade. Ensaio de desempenho Verificações metrológicas na Faixa (vazão): 0,25 m³/h até 4000 m³/h Classe de exatidão ≥ 1	Portaria Inmetro n° n° 156, de 30 de março de 2022 -Regulamento Técnico Metrológico (RTM) itens 6.2 e 6.3 – IT-36
XXXXX	**XXXXX**	**XXXXX**

"Este Escopo cancela e substitui a revisão emitida anteriormente"

Em, 25/10/2024