



ESCOPO DA ACREDITAÇÃO – ABNT NBR ISO/IEC 17025 – ENSAIO

Norma de Origem: NIT-DICLA-016

Folha: 1

Total de Folhas: 1

RAZÃO SOCIAL/DESIGNAÇÃO DO LABORATÓRIO

M DIAGNÓSTICO LABORATÓRIO VETERINÁRIO/UDVET

ACREDITAÇÃO Nº

TIPO DE INSTALAÇÃO

CRL 1815

INSTALAÇÃO PERMANENTE

ÁREA DE ATIVIDADE /
PRODUTO

CLASSE DE ENSAIO / DESCRIÇÃO DO ENSAIO

NORMA E /OU PROCEDIMENTO

SAÚDE ANIMAL

ENSAIOS BIOLÓGICOS

SORO SANGUÍNEO DE
EQUÍDEOS

Ensaio de imunodifusão em gel de ágar para identificação
de anemia infecciosa equina.

Instrução normativa Nº 52, de 26
de novembro de 2018.

OIE - Organização Mundial de
Saúde Animal. Manual of
Diagnostic Tests and Vaccines for
Terrestrial Animals, 2019.
Capítulo 3.5.6.

Diagnóstico sorológico de mormo pela técnica de ELISA.

Portaria SDA/MAPA No 35 de 17
de abril de 2018.

OIE - Organização Mundial de
Saúde Animal. Manual of
Diagnostic Tests and Vaccines for
Terrestrial Animals, 2018.
Capítulo 3.5.11.

Diagnóstico sorológico de anemia infecciosa equina (AIE)
pela técnica de ELISA.

Instrução normativa Nº 52, de 26
de novembro de 2018.

OIE - Organização Mundial de
Saúde Animal. Manual of
Diagnostic Tests and Vaccines for
Terrestrial Animals, 2019.
Capítulo 3.5.6.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

“Este Escopo cancela e substitui a revisão emitida anteriormente”

Em, 19/02/2024